

辐照证明

Certificate of Irradiation

客户名称 Customer	YANCHENG HUIDA MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD		
品名 Article Description	GTMR-ST02 swabs with Stuart culture medium	产品批号 Article Lot No.	H20240701
件数 Carton Quantity	200 件	灭菌批号	2024072010
最底剂量 Minimum Dose	25KGY	最高剂量 Maximum Dose	30KGY
辐照日期 Radiation Date	2024 年 07 月 20 日	监测平均剂量 Average Dose	27.95KGY
监测最低剂量 Minimum Dose	27.3KGY	监测最高剂量 Maximum Dose	28.6KGY

上述产品已经电子直线加速器射线辐照灭菌，符合贵公司要求的辐照灭菌剂量，辐照吸收剂量不均匀度符合 ISO11137 规定，特此证明。

The products mentioned above have been irradiated sterilization , to meet the requirements of your company dose irradiation sterilization , radiation absorbed dose not uniformity comply with ISO11137, hereby certify.

操作人 Operator: 高翔

签发 Issued by: 姜峰峰

日期 Date: 2024.07.20

本辐照证明只对本批产品有效！

中广核辐照技术有限公司

CGN Irradiation Technology Co., Ltd.

南通海维电子辐照技术有限公司

Nantong HI-WITS Electron Irradiation Technology Co., Ltd.



地址：江苏省南通市通州经济开发区青岛路 888 号

Address: No.888 Qingdao Road, Tongzhou Economic Development Zone, Nantong City, Jiangsu Province, China, 226300.

电话 (Tel): 86-513-69816838

传真 (Fax): 86-513-86559009